

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измеряемых температур, °С	+30...+42
Точность измерения	±0,1 °С
Разрешение по температуре, °С	0,1
Диапазон температур эксплуатации, °С	-20...+50
Коэффициент излучательной способности	0,95
Время измерения, сек	0,5
Показатель визирования	1:5
Питание	встроенный Li-Ion аккумулятор
Потребляемая мощность, не более	0,2 Вт
Время непрерывной работы от элементов питания, не менее	15 часов
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	125×52×24
Масса прибора, кг	0,150
Корпус	IP54

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Пирометр «Кельвин»	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Инфракрасный пирометр **Кельвин 911 М**

Заводской номер **2004899**

Дата выпуска **22.04.2020 г.**

соответствует ТУ 4211-001-40240197-2013 и признан годным к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества пиromетра требованиям ТУ 4211-001-40240197-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня поставки.

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
- из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции;
- в случае разборки неуполномоченными лицами.
- при наличии механических повреждений;
- из-за отказов элементов питания.

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»,

129110, Москва, Слесарный пер., д.3 ,

www.zaoeuromix.ru, E-mail: info@zaoeuromix.ru

Тел. (495) 150-12-63

КОМПАНИЯ «ЕВРОМИКС»



**ИНФРАКРАСНЫЙ ПИРОМЕТР
«КЕЛЬВИН»**

ПАСПОРТ



Москва